

INFORME TECNICO DE MANTENCION

ITM-2825

SGS CHILE LTDA

Rut: 80914400-3
Region: 13 - REGION METROPOLITANA
Comuna: PUDAHUEL
Direccion: PUERTO MADERO 130
Telefono: 228989500

DATOS DEL DISPOSITIVO








Tipo Dispositivo: **BAÑO TERMORREGULADO**
Marca: **MEMMERT**
Modelo: **WNB 29**
Serial: **L6130214**
Codigo Interno: **LAB-BAÑ-027**

DATOS DE CONTACTO:

Nombre Contacto: MARIA VARGAS
Dpto:
Cargo: INSTRUMENTISTA
Email: MARIA.VARGASG@SGS.CO
Telefono:

DATOS DEL INFORME

Folio: **2825_PM_2025-03**
Fecha: **03-03-2025**
Codigo Plan: **MANTC145**
Detalle Plan: **MEMMERT WNB 29 /45**

ITEM.	OPERACIONES A REALIZAR.	ESTADO	OBSERVACIONES
1	VERIFICACION DE CONTACTOS INTERNOS		SE REALIZA LIMPIEZA DE CONTACTOS
2	VERIFICACION DE AISLANTE TÉRMICO		AISLANTE TÉRMICO SIN DAÑOS Y LIBRES DE HUMEDAD
3	VERIFICACION DE RESISTENCIAS		VALOR MEDIDO 22(OHM) DENTRO DEL VALOR ACEPTADO DE 22(OHM)
4	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR		SIN OBSERVACIONES
5	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA DE POTENCIA		SIN OBSERVACIONES
6	LIMPIEZA INTERIOR BAÑO		SE RETIRAN RESIDUOS DEL INTERIOR
7	LIMPIEZA EXTERIOR		SIN OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL USO.



Verificador de archivos
http://geodex.menadatos.com/ver_ot.php

Nombre del Tecnico: **EDUARDO MUSSA**
Fecha Mantenion Realizada: **03-03-2025**
Fecha Proxima Mantenion: **25-08-2026**
Frecuencia de Mantenion: **18 meses**

Orden de Trabajo: **2825**

DIGITO VERIFICADOR



4VWNOXO5M9LRWRYHHQZB