

INFORME TECNICO DE MANTENCION

ITM-3595

AQUAGESTION S.A.

Rut: 99591760-2
 Región: 10 - REGION DE LOS LAGOS
 Comuna: PUERTO VARAS
 Dirección: RUTA 5 SUR KM 1008 PUERTO VARAS
 Tel: 65-2206300

DATOS DE CONTACTO

Nombre: DAVID CARMONA
 Dpto:
 Cargo: INSPECTOR AMBIENTAL
 Email: davidorlando.carmona@abbott.com
 Tel:

DATOS DEL DISPOSITIVO

Tipo: MUESTREADOR AUTOMATICO
 Marca: ISCO
 Modelo: 6712
 Serial: 218L00157
 Código: EQ-RIL-27

DATOS DEL INFORME

Folio: 3595_PM_2026-03
 Fecha: 25-02-2026
 Código plan: MANTC55
 Detalle: ISCO 6712

ITEM	OPERACIONES A REALIZAR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS INTERNAS	OPERATIVO	LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS INTERNAS REALIZADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO.
2	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONECTORES DEL CONTROLADOR	OPERATIVO	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CONECTORES DEL CONTROLADOR REALIZADA, SIN EVIDENCIA DE CORROSION.
3	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	OPERATIVO	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO REALIZADA, ELIMINANDO SUCIEDAD Y RESIDUOS.
4	CAMBIO DE TUBO DE LA BOMBA PERISTALTICA	OPERATIVO	CAMBIO DE TUBO DE LA BOMBA PERISTALTICA REALIZADO, UTILIZANDO REPUESTO ORIGINAL.
5	CAMBIO DE TUBO DEL BRAZO DISTRIBUIDOR	OPERATIVO	CAMBIO DE TUBO DEL BRAZO DISTRIBUIDOR REALIZADO, UTILIZANDO REPUESTO ORIGINAL.
6	CAMBIO DE DESECANTE INTERNO	OPERATIVO	CAMBIO DE DESECANTE INTERNO REALIZADO.
7	VERIFICACION Y/O CAMBIO DE BATERIA INTERNA >;3.0V.	OPERATIVO	VERIFICACION DE BATERIA INTERNA OK, VOLTAJE MEDIDO: 3.2V.
8	VERIFICACION CONSUMO DE ENERGIA NOMINAL	OPERATIVO	VERIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA NOMINAL OK.
9	PRUEBA DE DESCARGA DE DATOS	OPERATIVO	PRUEBA DE DESCARGA DE DATOS EXITOSA.
10	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RODILLOS Y BOMBA PERISTALTICA	OPERATIVO	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RODILLOS Y BOMBA PERISTALTICA REALIZADA CON GRASA DE SILICONA.

CONCLUSIONES

SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MUESTREADOR AUTOMATICO ISCO 6712 SEGÚN OT #3595. TODAS LAS ACTIVIDADES FUERON COMPLETADAS SATISFACTORIAMENTE, DEJANDO EL EQUIPO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA MANTENER LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO.



Verificador

Nombre técnico: EDUARDO MUSSA

Fecha mant.: 25-02-2026

Próx. mant.: 25-02-2027

Frecuencia: 12 meses

OT: 3595

